



ArquiLab

Análise Microbiológica em Água

CNPJ: 33.574.418/0001-61

Relatório de Ensaio N° 4758/2026

Identificação do Cliente

| | |
|--|------------------------------|
| Cliente: BELAS ÁGUAS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | CNPJ/CPF: 16.803.436/0001-59 |
| Endereço: AV MARIA IRENE Nº718 ANEXO: D – JORDÃO – RECIFE – PE – CEP: 51.250-021 | |

Dados da Amostra

| | | |
|---|-------------------|---------------------------------|
| Identificação da Amostra: Saída da osmose | | |
| Tipo de Amostra: Água de Diálise | Procedência: Poço | |
| Data da coleta: 05/01/2026 | 11:42h | Data do recebimento: 05/01/2026 |

Resultados

| Microbiológico | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----|-----------|--------------|-----------------|
| Análise | Resultado | Portaria GM/MS Nº888 - VMP | LQ | Incerteza | Método | Data da Análise |
| Coliformes Totais | Ausência em 100mL | Ausência /100mL | - | - | SMEWW 9223 | 05/01/2026 |
| Escherichia Coli | Ausência em 100mL | Ausência /100mL | - | - | SMEWW 9223 | 05/01/2026 |
| Contagem de Bactérias Heterotróficas | < 1,0 U.F.C /mL | - | 1,0 | - | SMEWW 9215 B | 05/01/2026 |

Especificações

Portaria GM/MS Nº888, de 4 de Maio de 2021.

Interpretações

A presente amostra ATENDE aos padrões estabelecidos pela legislação vigente conforme Portaria GM/MS Nº888, de 4 de Maio de 2021.

Notas

Legendas

NA: não se aplica.

LQ: limite de quantificação do método

SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

NMP/100mL: números mais prováveis, em 100mL

U.F.C /mL: unidade formadora de colônia, por mL

Portaria GM/MS Nº888, de 4 de Maio de 2021 – VMP: os resultados expressos em <1,1 e <1,0 representam ausência de crescimento, considerando o limite do Método.

Abrangência: os resultados apresentados neste documento não podem ser usados para fins promocionais. A reprodução deste documento para outros fins, só poderá ser feita integralmente sem nenhuma alteração e com a aprovação do laboratório.

Data da Liberação: Olinda, 07/01/2026

Arquimedes Agripino Dos Santos

Coordenador Técnico

CRBio: 107.968/05-D

5ª Região

📞 (81) 9 8400-3700 📩 arquilabanalise@gmail.com

📍 Estrada do Caenga, 317 - Loja 28 - São Benedito - Olinda-PE